

山西省眼镜镜片产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽取样品数量为8片，其中4片作为检验样品，4片作为备用样品。

2 检验依据

| 序号 | 检验项目 | | 检验方法 |
|----|--------------|----------------|-----------------|
| 1 | 镜片顶焦度 | 球镜顶焦度偏差（主子午面一） | GB 10810.1—2005 |
| 2 | | 球镜顶焦度偏差（主子午面二） | GB 10810.1—2005 |
| 3 | | 柱镜顶焦度偏差 | GB 10810.1—2005 |
| 4 | 柱镜轴位方向偏差 | | GB 10810.1—2005 |
| 5 | 光学中心和棱镜度 | 水平棱镜偏差 | GB 10810.1—2005 |
| 6 | | 垂直棱镜偏差 | GB 10810.1—2005 |
| 7 | 材料和表面的质量 | | GB 10810.1—2005 |
| 8 | 附加顶焦度偏差 | | GB 10810.1—2005 |
| 9 | 镜片尺寸 | 有效尺寸 | GB 10810.1—2005 |
| 10 | | 使用尺寸 | GB 10810.1—2005 |
| 11 | 基准点厚度 | | GB 10810.1—2005 |
| 12 | 厚度偏差 | | GB 10810.1—2005 |
| 13 | 可见光透射比 | | GB 10810.3—2006 |
| 14 | 变色状态下光透射比 | | GB 10810.3—2006 |
| 15 | 光致变色响应值 | | GB 10810.3—2006 |
| 16 | 太阳紫外A波段透射比 | | GB 10810.3—2006 |
| 17 | 太阳紫外B波段透射比 | | GB 10810.3—2006 |
| 18 | 明示透射比（紫外吸收比） | | GB 10810.3—2006 |
| 19 | 明示透射比（截止波长） | | GB 10810.3—2006 |
| 20 | 蓝光性能 | | GB 10810.3—2006 |

执行企业标准、团体标准、地方标准及明示质量要求的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。

凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB 10810.1—2005 眼镜镜片 第1部分：单光和多焦点镜片

GB 10810.3—2006 眼镜镜片及相关眼镜产品 第3部分：透射比规范及测量方法

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。